

COMISSÃO DA CEDEAO

COMMISSION DE LA CEDEAO

Agence Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation

ARAA



ECOWAS COMMISSION

Regional Agency for Agriculture and Food

RAAF

Projet régional de « Promotion de l'agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest » Référence de l'accord de gestion de don : 2020031/FAT GT 2020 24 00

REPONSE AUX DEMANDES DE CLARIFICATIONS SUR LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Fourniture et livraison de 600 kits de pluviomètres, thermomètres et anémomètres à lecture directe

Référence : **ARAA/PAIC/2022/AON/06**

Date de publication : 29 septembre 2022

Les spécifications techniques concernant l'item n°3 « Capteur de vent à Ultrasons » sont peu claires et nous aurions besoin de plus de précisions sur les points suivants :

Demande	Réponses
Vitesse du vent: 3 gammes de mesure sont indiquées avec 40 m/s, 65 m/s et 75 m/s. Quelle est la gamme souhaitée ?	Gamme souhaitée : 75 m/s.
Données de Sortie: Pouvez-vous confirmer l'utilité de sorties analogiques pour la vitesse et la direction du vent ?	L'avis mentionne ceci : <i>Sorties analogiques V, mA, Hz</i> . En revanche, si lesdites sorties ne sont pas disponibles, merci de le préciser.
Données de Sortie: Pouvez-vous préciser quels sont les formats de sortie requis parmi ceux indiquée (WMT70, ASCII, NMEA, SDI12, ASOS, MES12) ?	L'équipement proposé doit supporter plusieurs des formats de sortie cités afin de s'assurer de plus de possibilité de lecteur et de compatibilité avec plusieurs systèmes d'exploitation.
Pouvez-vous confirmer l'utilité du chauffage du capteur ?	Cette fonctionnalité est requise pour permettre de prendre en compte tous les environnements possibles d'utilisation de l'équipement : Tous les pays pour qui ces capteurs sont destinés appartiennent à l'Afrique tropicale sahélienne (Burkina Faso et Niger) et humide (Bénin, Ghana et Togo).
- Affichage: Pouvez-vous confirmer qu'un afficheur fait partie des fournitures ?	L'afficheur fait partie des fournitures. Il faut un afficheur. Cette option nous permet d'être sûr que les données pourront être affichées sans encombre dans la mesure où, on ne connaît pas à priori la compatibilité de ces nouveaux capteurs, avec les afficheurs disponibles au niveau des stations des pays bénéficiaires.

Demande	Réponses
- La spécification fait état de lecture directe , mais est-il nécessaire de faire un enregistrement des données vents afin de pouvoir les consulter ensuite (vent max, rafales, etc..) ?	OUI, il faut un enregistrement des données. Cela contribue à l'archivage et à la sauvegarde des données...
- Est-ce qu'un mât est requis ? Si oui, quelle hauteur ?	Les stations sont déjà équipées de mats ; cet item n'est pas nécessaire.
- Concernant la mesure de température via le thermomètre numérique, cette mesure doit se faire sous abri. Pouvez-vous confirmer que l'abri ne fait pas partie des fournitures à livrer?	L'abri n'est ne fait pas partie des fournitures à livrer.